

Seroczyn, 13.11.2025 r.

Nr sprawy: SDOO9.DFK.273.14.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie **nie stanowi zapytania ofertowego**
w rozumieniu przepisów PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: **suszarka laboratoryjna** o pojemności min. 1000 l – **2 szt.**

(szczegółowy opis – załącznik nr 1).

Dostawa suszarki laboratoryjnej do:

- 1) **COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Serocznynie, ul. Koszarowa 4, 08-116 Seroczyn**, w ilości **1 szt.**
- 2) **Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie, do magazynu przy IHAR PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie**, w ilości **1 szt.**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt.

Wykonawca określi ostateczną **cenę netto i brutto** w/g wytycznych w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 19.12.2025 r.

Inne istotne warunki zamówienia: Po wyborze oferty z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Ofertę proszę złożyć:

- osobiście (adres: SDOO w Serocznynie, ul. Koszarowa 4, 08-116 Seroczyn) lub
- przesać drogą elektroniczną (podpisaną elektronicznie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym) na adres e-mail: sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl

na załączonym druku formularza cenowego w terminie **do 18.11.2025 r.** do godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie obejmuje zakup wraz z dostawą dwóch suszarek laboratoryjnych dla SDOO w Seroczynie i ZDOO w Kawęczynie, o pojemności min. 1000 l każda, z możliwością suszenia materiału organicznego, roślinnego.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

- ❖ Wymiary komory grzewczej:
 - szerokość 1100 - 1300 [mm]
 - głębokość 550 - 700 [mm]
 - wysokość 1450 - 1600 [mm]
- ❖ Wyświetlacz temperatury mierzonej i zadanej
- ❖ Moc grzewcza - minimum 7kW
- ❖ Układ zasilająco-sterujący mocowany do boku urządzenia o klasie szczelności minimum IP44
- ❖ Sterownik umożliwiający zaprogramowanie cyklu grzania złożonego z co najmniej 3 etapów.

1. TEMPERATURA

- ✓ regulator temperatury PID z programatorem
- ✓ podwójny wyświetlacz LED: temperatura mierzona i zadana
- ✓ maksymalna temperatura pracy 150 [°C]
- ✓ regulacja temperatury co 1 [°C]
- ✓ stabilność temperatury w 105°C [± 5°C]
- ✓ jednorodność temperatury w 105°C [± 5°C]

2. KOMORA

- ✓ drzwi komory pieca, pełne / lub z oknem wizyjnym (opcja), otwierane ręcznie, izolowane termicznie, z zamkami blokującymi
- ✓ materiał wnętrza komory grzewczej: stal nierdzewna 304

3. MATERIAŁ OBUDOWY

- ✓ konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
- ✓ blacha nierdzewna/malowana
- ✓ izolacja cieplna
- ✓ bezpieczna temperatura obudowy

WNĘTRZE SUSZARKI WYPOSAŻONE W:

- ❖ stelaż szuflad wykonany ze stali nierdzewnej
- ❖ ilość rzędów szuflad/ tacek: 5

- ❖ liczba szuflad/tacek w rzędzie: 10-14
- ❖ szerokość szuflady/tacki: 20-25 cm (+/- 5cm)
- ❖ długość szuflady/tacki: 48-58 cm (+/- 3cm)
- ❖ wysokość szuflady/tacki: 8-9 cm (+/- 1cm)
- ❖ dno szuflady: siatka nierdzewna o szerokości oczek max. 2 mm
- ❖ ścianki szuflady wykonane ze stali nierdzewnej

1. OBIEG POWIETRZA KOMORY

- ✓ obieg powietrza wymuszony – zapewniający jednorodny rozkład temperatur
- ✓ obieg powietrza z żaluzjami umożliwiającymi regulację przepływu powietrza

2. WENTYLACJA KOMORY

- ✓ Kominiek wentylacyjny otwierany ręcznie (dźwignia regulacyjna z blokadą), (możliwa opcja: kominiek sterowany elektronicznie)

3. UKŁAD GRZEWczy

- ✓ Nagrzewnice elektryczne, płaszczyk grzałek ze stali nierdzewnej

Ważne: Suszarki powinny cechować się parametrami umożliwiającymi suszenie materiału roślinnego oraz odpowiednimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi umożliwiającymi skuteczne odprowadzanie nadmiaru wilgoci na zewnątrz podczas suszenia.

GWARANCJA: min. 24 miesiące.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer NIP/REGON:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu: Osoba do kontaktu:

Miejscowość

Data

1. Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do Zapytania ofertowego wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, organizowanym przez zamawiającego, w terminie i pod warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2. Całkowita cena zakupu i dostawy wynosi:

Cena netto 1 szt.:

podatek VAT 23%:

cena brutto:

Wartość zamówienia:

Cena netto X 2 szt. = wartość netto

(słownie złotych:)

+ podatek VAT 23% = wartość brutto

(słownie brutto:)

3. Termin realizacji zamówienia

4. Gwarancja (miesiące)

Oświadczam, że:

* zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am niezbędne informacje do przygotowania oferty

* podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym i jest ceną ostateczną.

.....

Pieczęć i podpis Wykonawcy